

M01-2_用語集_補聴器

用語集名称									
(M01-2)補聴器	(M01-2)								
所管団体名称									
日本補聴器工業会									
不具合総称	不具合名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
故障		M01-a001							
	マイクロホン不具合	M01-a002	マイクロホンの出力が停止又は異常な状態の事						-
	レシーバー不具合	M01-a003	レシーバーの出力が停止又は異常な状態の事						1519
	ノイズ	M01-a004	機器の出力に意図しない雑音等が重畳される状態の事	雑音					2163
	バッテリー不具合	M01-a005	バッテリーが機能しない状態の事						1055
	はんだ接合不具合	M01-a006	はんだ接合が良好でない状態の事						2324
	IC不具合	M01-a007	IC チップまたはハイブリッドが機能しない状態の事						-
	回路不具合	M01-a008	電気回路が機能しない又は正常な動作を失った状態の事						1089
	その他のデバイス不具合	M01-a009	その他の使用部品が機能しない状態の事						2379
	緩み	M01-a010	ネジ等が緩み、当該部位の物理的な保持・作用に支障をきたす状態の事						1372
	出力せず	M01-a011	出力音等が全く出ない状態の事						1435
	出力低下	M01-a012	出力音等が規定より低い状態の事						1434
	プログラム不具合	M01-a013	ソフトウェアプログラムが機能しない状態の事						-
	その他の意図しない動作	M01-a014	その他の意図した動作以外の動きをする状態の事						1430
破損		M01-a015							
	ケーブル破損	M01-a016	ケーブルの電氣的断線						1076
	電池ケース破損	M01-a017	電池ケースの破損						-
	本体ケース破損	M01-a018	本体ケースの破損						-
	その他のデバイス破損	M01-a019	その他の使用部品の破損						1069
健康被害総称	健康被害名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
損傷		M01-e020							
	皮膚炎	M01-e021	皮膚に炎症が起ること	発疹					2443
	音響性外傷	M01-e022	過度に大きい音の暴露によって受ける聴覚機構の損傷						1694
	熱傷	M01-e023	熱によって起こる皮膚の損傷						1757
不快		M01-e024							
	音への不快	M01-e025	不快閾値を超えた音による不快						2330
	痛み	M01-e026	組織の損傷等に伴って感じる不快な感覚						2079
	かゆみ	M01-e027	皮膚に生じる搔きたくなるような不快な刺激感覚						1943
	頭痛	M01-e028	頭部に感じる痛み						1880
聴力疾患		M01-e029							
	聴力低下	M01-e030	聴覚機能の感度や精度が低下すること						1882
	耳鳴	M01-e031	外界に音源が存在しないのに音が聞こえる症状	耳鳴り					2103
疲れ		M01-e032							
	疲れ	M01-e033	身体的及び精神的負荷を連続して与えられたときに身体機能が一時的に低下した状態						1849
部品・構成品		JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
マイクロホン		M01-g034							
レシーバー		M01-g035							
バッテリー		M01-g036							
プリント基板		M01-g037							
機器		M01-g038							
ソフトウェア		M01-g039							