

G15-2\_用語集\_歯科用電気機器

用語集名称									
(G15-2)歯科用電気機器	(G15-2)								
所管団体名称									
日本歯科商工協会									
不具合総称	不具合名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
機器不良		G15-a001							
	溢れ	G15-a002	排水流路から液体が機器外部に溢れること。						1250
	アラーム異常	G15-a003	アラーム、警告に関して正常に動作していないこと。						1012
	異音	G15-a004	機器から通常と異なる音（作動音・唸り音・こすれ音等）が発生すること。						3273
	回転不良	G15-a005	回転駆動が失速または故障すること。						-
	脱落	G15-a006	構成部品などが、抜け落ちること。						1105
	詰まり	G15-a007	流路部分が詰まり注水が妨げられること。						1094
	転倒	G15-a008	機器が倒れること。						2589
	突起	G15-a009	装置の操作可能などこかに突起部や鋭利部があること。						2979
	発煙	G15-a010	装置から煙がでること。						1585
	発火	G15-a011	機器から発火が認められること。						1245
	発熱	G15-a012	装置が過熱すること。						1437
	弁欠陥	G15-a013	バルブの開閉が出来ないこと。						1423
	緩み	G15-a014	装置又は器具の部分の固定が不良となること。	ぐらつき	がたつき				2907
	漏出	G15-a015	水、エアー、油の漏れがあること。						1354
接続不良		G15-a016							
	接触不良	G15-a017	完全な接続が維持ができないこと。						1371
	断線	G15-a018	導線部分が断裂すること。						1114
	ハンドピース脱離	G15-a019	ハンドピースが接続できないこと。						2907
	ヒューズ切れ	G15-a020	ヒューズが切断すること。						1114
動作不良		G15-a021							
	圧力低下	G15-a022	圧力が意図せずに低下すること。						1490
	圧力上昇	G15-a023	圧力が意図せずに上昇すること。						1491
	可動停止	G15-a024	動く部分が動かないこと。						-
	吸引異常	G15-a025	排液時などに吸引が正常にできないこと。						2170
	検出不良	G15-a026	各種の検出装置に異常があること。						2917
	システムエラー	G15-a027	ユーザーが始動していないシステムまたは部品が動作すること。						1430
	出力上昇	G15-a028	出力が意図せずに上昇すること。						1432
	出力低下	G15-a029	出力が意図せずに低下すること。						1226
	出力不良	G15-a030	出力が意図せずに動作すること。						3004
	出力停止	G15-a031	出力が意図せずに停止すること。						1435
	スイッチ不良	G15-a032	非常停止ボタンまたはスイッチの不具合があること。						2293
	トルク低下	G15-a033	モータのトルクが低下すること。						3004
	暴走	G15-a034	装置が制御不能になること。						1663
破損		G15-a035							
	亀裂	G15-a036	機器の一部がひび状に損傷すること。	ひび割れ	クラック				1135
	欠損	G15-a037	機器の一部が失われていること。						1261
	ずれ	G15-a038	特定の部位が正しい位置・配置から外れること。						2923
	脱離	G15-a039	機器の部品が外れること。						1104
	剥れ	G15-a040	機器の一部が剥がれること。						1246
	破折	G15-a041	折れて破損すること。	切断	破断				1069

G15-2\_用語集\_歯科用電気機器

	腐食	G15-a042	(主に金属部品の) 表面に錆が発生すること。						1131
	変形	G15-a043	器具の部分が正常とは異なる形状となっていること。	曲がり	歪み	歪み			2976
	磨耗	G15-a044	部品がすり減ること。						2988
	劣化	G15-a045	装置のどこかがなんらかの理由で劣化すること。						1153
バッテリー不良		G15-a046							
	充電不良	G15-a047	正常に充電されない状態。						2892
	早期の放電	G15-a048	期待する時間よりも早く放電してしまう状態。						1057
ホース不良		G15-a049							
	ホースライン破裂	G15-a050	ホースの破裂。	ホースライン切断					1546
	ホースライン閉塞	G15-a051	ホースのつまり。						1094
表示不良		G15-a052							
	包装表示不良	G15-a053	機器包装の表示の判読が難しい、出来ない。						2911
	表示不備	G15-a054	外箱や容器又は機器のラベルの表示に必要な項目の記載漏れ。						2911
	表示違い	G15-a055	外箱や容器又は機器のラベルの表示間違い。						2911
	表示汚損	G15-a056	外箱や機器のラベルの表示部分が汚れている。						2911
	添付文書不記載	G15-a057	取扱説明書・添付文書の記載不備。						1318
包装不良		G15-a058							
	添付文書不添付	G15-a059	添付文書の添付なし。						1319
	添付文書入れ違い	G15-a060	別製品の添付文書が添付されていること。						2312
不適合		G15-a061							
	締付け不良	G15-a062	部品の取付部分が仕様通りに締付けられていないこと。						3133
	挟む	G15-a063	(主に機器の可動部分等において) 他の機器・人体・衣服等の一部を挟み込むこと。						2906
	誤接続	G15-a064	意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること。						1399
保守不良		G15-a065							
	汚染	G15-a066	化学的もしくは微生物学的な不純物または異物が付着・混入する好ましくない状態。						1120
	汚れ	G15-a067	汚れてだめになること。						-
健康被害総称	健康被害名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
神経障害		G15-e068							
	感覚障害	G15-e069	触覚に対する感覚が異常に障害を受けること。						2352
	知覚麻痺	G15-e070	身体部位の運動機能の喪失または障害で、神経機構の病変によるもの。						1997
損傷		G15-e071							
	骨折	G15-e072	骨折すること。						1870
	打撲	G15-e073	打撲すること。						1754
	歯牙破折	G15-e074	歯が折れること。						2428
	穿孔	G15-e075	人体の器官に穴があくこと。						2001
	皮膚裂傷	G15-e076	皮膚の裂傷や損傷。						2516
	熱傷	G15-e077	意図しない組織又は身体の一部の熱的損傷。	火傷					1757
聴覚障害		G15-e078							
	難聴	G15-e079	耳(音)が聞こえにくくなる障害。						1881
	耳鳴	G15-e080	実際には音がしていないのにも拘らず、何かが聞こえるように感じる現象。						2103
その他の症状		G15-e081							
	感染	G15-e082	微生物が、体内に侵入・定着した状態。						1930
	感電	G15-e083	通電部分に接触したり、液漏れによる漏電で感電すること。						2554
部品・構成品		JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
アーム部		G15-g084							
器具		G15-g085							
駆動部		G15-g086							
コネクタ		G15-g087							
充電器		G15-g088							
スイッチ		G15-g089							
制御部		G15-g090							
接続ケーブル部		G15-g091							

G15-2\_用語集\_歯科用電気機器

センサ		G15-g092							
操作部		G15-g093							
ソフトウェア		G15-g094							
添付文書		G15-g095							
取扱説明書		G15-g096							
配管部		G15-g097							
バッテリー		G15-g098							
表示部		G15-g099							
フットコントローラ		G15-g100							
プリント基板		G15-g101							