

G12-2_用語集_歯科用診療用器具

用語集名称									
(G12-2)歯科用診療用器具	(G12-2)								
所管団体名称									
日本歯科商工協会									
不具合総称	不具合名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
機器不良		G12-a001							
	脱落	G12-a002	構成部品などが、抜け落ちること。						1105
	突起	G12-a003	装置の操作可能などこかに突起部や鋭利部があること。						2979
	緩み	G12-a004	装置又は器具の部分の固定が不良となること。	ぐらつき	がたつき				2907
破損		G12-a005							
	亀裂	G12-a006	機器の一部がひび状に損傷すること。	ひび割れ	クラック				1135
	欠損	G12-a007	機器の一部が失われていること。						1261
	ずれ	G12-a008	特定の部位が正しい位置・配置から外れること。						2923
	脱離	G12-a009	機器の部品が外れること。						1104
	剥れ	G12-a010	機器の一部が剥がれること。						1246
	破折	G12-a011	折れて破損すること。	切断	破断				1069
	腐食	G12-a012	(主に金属部品の) 表面に錆が発生すること。						1131
	変形	G12-a013	器具の部分が正常とは異なる形状となっていること。	曲がり	歪み	歪み			2976
	磨耗	G12-a014	部品がすり減ること。						2988
	劣化	G12-a015	装置のどこかがなんらかの理由で劣化すること。						1153
表示不良		G12-a016							
	包装表示不良	G12-a017	機器包装の表示の判読が難しい、出来ない。						2911
	表示不備	G12-a018	外箱や容器又は機器のラベルの表示に必要な項目の記載漏れ。						2911
	表示違い	G12-a019	外箱や容器又は機器のラベルの表示間違い。						2911
	表示汚損	G12-a020	外箱や機器のラベルの表示部分が汚れている。						2911
	添付文書不記載	G12-a021	取扱説明書・添付文書の記載不備。						1318
包装不良		G12-a022							
	添付文書不添付	G12-a023	添付文書の添付なし。						1319
	添付文書入れ違い	G12-a024	別製品の添付文書が添付されていること。						2312
不適合		G12-a025							
	締付け不良	G12-a026	部品の取付部分が仕様通りに締付けられていないこと。						3133
	挟む	G12-a027	(主に機器の可動部分等において) 他の機器・人体・衣服等の一部を挟み込むこと。						2906
保守不良		G12-a028							
	汚染	G12-a029	化学的もしくは微生物学的な不純物または異物が付着・混入する好ましくない状態。						1120
	汚れ	G12-a030	汚れてだめになること。						-
健康被害総称	健康被害名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
アレルギー疾患		G12-e031							
	炎症	G12-e032	機器の過度な生体への接触や、消毒等で使用した薬剤が機器に残留し生体が何らかの有害な刺激を受けた時に起こる防御反応。						1932
	痒み	G12-e033	患者訴えによるアレルギー疾患に伴う口腔内部の痒み。						1943
患者訴え(愁訴)		G12-e034							
	疼痛	G12-e035	ずきずき(うずき) 痛むこと。						1994
	嘔吐	G12-e036	嘔吐及び不快な感覚。嘔吐したい状態から生じる症状。	吐気					2144
神経障害		G12-e037							
	感覚障害	G12-e038	触覚に対する感覚が異常に障害を受けること。						2352
	しびれ	G12-e039	身体(歯肉、口周り、頬部等)に生じるしびれ感がある。						2415

G12-2_用語集_歯科用診療用器具

	知覚麻痺	G12-e040	身体部位の運動機能の喪失 または障害で、神経機構の 病変によるもの。						1997
損傷		G12-e041							
	骨折	G12-e042	骨折すること。						1870
	打撲	G12-e043	打撲すること。						1754
	歯牙破折	G12-e044	歯が折れること。						2428
	穿孔	G12-e045	人体の器官に穴があくこ と。						2001
	皮膚裂傷	G12-e046	皮膚の裂傷や損傷。						2516
その他の症状		G12-e047							
	遺残	G12-e048	器具の一部が患者の体内に 残留すること。	残留					1695
	感染	G12-e049	微生物が、体内に侵入・定 着した状態。						1930
	誤嚥	G12-e050	液体または異物が気道に入 ること。						1725
	歯肉壊死	G12-e051	歯肉組織が不可逆的な障害 によって生じる病理学的な 死。						1971
部品・構成品		JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
器具		G12-g052							
添付文書		G12-g053							
取扱説明書		G12-g054							