

G10-2_用語集_歯科用医用電気機器

用語集名称									
(G10-2)歯科用医用電気機器	(G10-2)								
所管団体名称									
日本歯科商工協会									
不具合総称	不具合名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
機器不良		G10-a001							
	溢れ	G10-a002	排水流路から液体が機器外部に溢れること。						1250
	アラーム異常	G10-a003	アラーム、警告に関して正常に動作していないこと。						1012
	異音	G10-a004	機器から通常と異なる音（作動音・唸り音・こすれ音等）が発生すること。						3273
	回転不良	G10-a005	回転駆動が失速または故障すること。						-
	脱落	G10-a006	構成部品などが、抜け落ちること。						1105
	詰まり	G10-a007	流路部分が詰まり注水が妨げられること。						1094
	転倒	G10-a008	機器が倒れること。						2589
	突起	G10-a009	装置の操作可能などこかに突起部や鋭利部があること。						2979
	発煙	G10-a010	装置から煙がでること。						1585
	発火	G10-a011	機器から発火が認められること。						1245
	発熱	G10-a012	装置が過熱すること。						1437
	弁欠陥	G10-a013	バルブの開閉が出来ないこと。						1423
	緩み	G10-a014	装置又は器具の部分の固定が不良となること。	ぐらつき	がたつき				2907
	漏出	G10-a015	水、エアー、油の漏れがあること。						1354
接続不良		G10-a016							
	接触不良	G10-a017	完全な接続が維持ができないこと。						1371
	断線	G10-a018	導線部分が断裂すること。						1114
	ハンドピース脱離	G10-a019	ハンドピースが接続できないこと。						2907
	ヒューズ切れ	G10-a020	ヒューズが切断すること。						1114
動作不良		G10-a021							
	圧力低下	G10-a022	圧力が意図せずに低下すること。						1490
	圧力上昇	G10-a023	圧力が意図せずに上昇すること。						1491
	可動停止	G10-a024	動く部分が動かないこと。						-
	吸引異常	G10-a025	排液時などに吸引が正常にできないこと。						2170
	検出不良	G10-a026	各種の検出装置に異常があること。						2917
	システムエラー	G10-a027	ユーザーが始動していないシステムまたは部品が動作すること。						1430
	出力上昇	G10-a028	出力が意図せずに上昇すること。						1432
	出力低下	G10-a029	出力が意図せずに低下すること。						1226
	出力不良	G10-a030	出力が意図せずに動作すること。						3004
	出力停止	G10-a031	出力が意図せずに停止すること。						1435
	スイッチ不良	G10-a032	非常停止ボタンまたはスイッチの不具合があること。						2293
	トルク低下	G10-a033	モータのトルクが低下すること。						3004
	暴走	G10-a034	装置が制御不能になること。						1663
破損		G10-a035							
	亀裂	G10-a036	機器の一部がひび状に損傷すること。	ひび割れ	クラック				1135
	欠損	G10-a037	機器の一部が失われていること。						1261
	ずれ	G10-a038	特定の部位が正しい位置・配置から外れること。						2923
	脱離	G10-a039	機器の部品が外れること。						1104
	剥れ	G10-a040	機器の一部が剥がれること。						1246
	破折	G10-a041	折れて破損すること。	切断	破断				1069

G10-2_用語集_歯科用医用電気機器

	腐食	G10-a042	(主に金属部品の) 表面に錆が発生すること。						1131
	変形	G10-a043	器具の部分が正常とは異なる形状となっていること。	曲がり	歪み	歪み			2976
	磨耗	G10-a044	部品がすり減ること。						2988
	劣化	G10-a045	装置のどこかがなんらかの理由で劣化すること。						1153
バッテリー不良		G10-a046							
	充電不良	G10-a047	正常に充電されない状態。						2892
	早期の放電	G10-a048	期待する時間よりも早く放電してしまう状態。						1057
ホース不良		G10-a049							
	ホースライン破裂	G10-a050	ホースの破裂。	ホースライン切断					1546
	ホースライン閉塞	G10-a051	ホースのつまり。						1094
表示不良		G10-a052							
	包装表示不良	G10-a053	機器包装の表示の判読が難しい、出来ない。						2911
	表示不備	G10-a054	外箱や容器又は機器のラベルの表示に必要な項目の記載漏れ。						2911
	表示違い	G10-a055	外箱や容器又は機器のラベルの表示間違い。						2911
	表示汚損	G10-a056	外箱や機器のラベルの表示部分が汚れている。						2911
	添付文書不記載	G10-a057	取扱説明書・添付文書の記載不備。						1318
包装不良		G10-a058							
	添付文書不添付	G10-a059	添付文書の添付なし。						1319
	添付文書入れ違い	G10-a060	別製品の添付文書が添付されていること。						2312
不適合		G10-a061							
	締付け不良	G10-a062	部品の取付部分が仕様通りに締付けられていないこと。						3133
	挟む	G10-a063	(主に機器の可動部分等において) 他の機器・人体・衣服等の一部を挟み込むこと。						2906
	誤接続	G10-a064	意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること。						1399
保守不良		G10-a065							
	汚染	G10-a066	化学的もしくは微生物学的な不純物または異物が付着・混入する好ましくない状態。						1120
	汚れ	G10-a067	汚れてだめになること。						-
健康被害総称	健康被害名称	JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
アレルギー疾患		G10-e068							
	炎症	G10-e069	機器の過度な生体への接触や、消毒等で使用した薬剤が機器に残留し生体は何らかの有害な刺激を受けた時に起こる防御反応。						1932
	痒み	G10-e070	患者訴えによるアレルギー疾患に伴う口腔内部の痒み。						1943
患者訴え (愁訴)		G10-e071							
	疼痛	G10-e072	ずきずき (うずき) 痛むこと。						1994
	嘔吐	G10-e073	嘔吐及び不快な感覚。嘔吐したい状態から生じる症状。	吐気					2144
神経障害		G10-e074							
	感覚障害	G10-e075	触覚に対する感覚が異常に障害を受けること。						2352
	しびれ	G10-e076	身体 (歯肉、口周り、頬部等) に生じるしびれ感がある。						2415
	知覚麻痺	G10-e077	身体部位の運動機能の喪失または障害で、神経機構の病変によるもの。						1997
損傷		G10-e078							
	骨折	G10-e079	骨折すること。						1870
	打撲	G10-e080	打撲すること。						1754
	歯牙破折	G10-e081	歯が折れること。						2428
	穿孔	G10-e082	人体の器官に穴があくこと。						2001
	皮膚裂傷	G10-e083	皮膚の裂傷や損傷。						2516
	熱傷	G10-e084	意図しない組織又は身体の一部の熱的損傷。	火傷					1757
聴覚障害		G10-e085							
	難聴	G10-e086	耳 (音) が聞こえにくくなる障害。						1881

G10-2_用語集_歯科用医用電気機器

	耳鳴	G10-e087	実際には音がしていないのにも拘らず、何かが聞こえるように感じる現象。						2103
その他の症状		G10-e088							
	遺残	G10-e089	器具の一部が患者の体内に残留すること。	残留					1695
	感染	G10-e090	微生物が、体内に侵入・定着した状態。						1930
	感電	G10-e091	通電部分に接触したり、液漏れによる漏電で感電すること。						2554
	気道閉塞	G10-e092	気道のある領域が閉鎖し、その結果、息詰まりや呼吸の停止が生じること。						1699
	咬合異常	G10-e093	使用によりかみ合わせが悪くなること。						1984
	誤嚥	G10-e094	液体または異物が気道に入ること。						1725
	骨結合不全	G10-e095	人工歯根と骨との接合が不十分であること。						2649
	歯肉壊死	G10-e096	歯肉組織が不可逆的な障害によって生じる病理学的な死。						1971
部品・構成品		JFMDAコード	定義	同義語1	同義語2	同義語3	同義語4	同義語5	FDAコード
アーム部		G10-g097							
器具		G10-g098							
駆動部		G10-g099							
コネクタ		G10-g100							
充電器		G10-g101							
スイッチ		G10-g102							
制御部		G10-g103							
接続ケーブル部		G10-g104							
センサ		G10-g105							
操作部		G10-g106							
ソフトウェア		G10-g107							
チェア部		G10-g108							
添付文書		G10-g109							
取扱説明書		G10-g110							
配管部		G10-g111							
バッテリー		G10-g112							
表示部		G10-g113							
フットコントローラ		G10-g114							
プリント基板		G10-g115							
ユニット部		G10-g116							
ライト部		G10-g117							